

Prot. n. 0000976/26 del 12.01.2026
Titolo 1.6.3 – Acquisizione e gestione beni mobili/
Generi di consumo e di servizi

A TUTTE LE SOCIETA'
PARTECIPANTI
LORO SEDI

OGGETTO: Procedura di gara sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 s.m.ei. da espletare mediante utilizzo della piattaforma telematica Sintel di regione Lombardia per la fornitura di sistemi analitici completi per chimica clinica e immunometria per un periodo di 84 mesi per le necessità dell'ASST Bergamo Ovest (capofila) e dell'ASST Bergamo Est (mandante).
Chiarimenti.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, pubblicata sulla piattaforma SInTel, a seguito di richieste di chiarimenti, si precisa quanto segue:

- 1) D)** *In relazione alla richiesta del test "Albumina" riportato alle righe 9 e 10 dell'elenco reagenti, si chiede a questo Spett.le Ente di specificare su quale matrice di campione (urina e/o plasma/siero) viene eseguita.*
R). Per ASST Bergamo Ovest: si chiarisce che alla riga 9 dell'elenco reagenti sono indicati i test in turbidimetria su matrice urinaria e che alla riga 10 dello stesso elenco sono indicati i test BCG su matrice serica/plasmatica.
Per ASST Bergamo Est: nel laboratorio dell'ASST Bergamo Est le matrici sulle quali è eseguito il test albumina sono: siero, plasma, urine, liquor.
- 2) D)** *Si chiede di confermare la possibilità di offrire a prezzo zero i consumabili, calibratori e controlli.*
R). Si conferma la possibilità di offrire a costo zero i consumabili, calibratori e controlli.
- 3) D)** *Vista l'assenza di una apposita sezione per dettagliare i consumabili, i calibratori e i controlli si chiede di confermare che gli stessi possano essere inseriti sotto le rispettive tabelle "PARTE 1: Principali analiti obbligatori, oggetto della gara" e "TABELLA 2: ALTRI ANALITI: test richiesti ma non obbligatori oggetto di valutazione".*
R). Si conferma.
- 4) D)** *Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, e in particolare alla corretta compilazione dell'Allegato 23_Tabelle Economiche e in riferimento a quanto indicato a pag.32 del Disciplinare di Gara (Allegato 2) ove richiesta "Dichiarazione attestante che l'interfacciamento bidirezionale al sistema gestionale in uso, ivi compresi i costi della terza parte, per garantire il processo di tracciabilità, è ricompreso nella quotazione economica presentata", si richiede la corretta imputazione della voce "Costo una tantum per l'interfacciamento delle apparecchiature al sistema aziendale", come richiesto nell'Allegato 23 (Tabelle Economiche): si chiede cortesemente di chiarire se tale onere sia a carico dell'operatore economico o, di contro, sia a carico della stazione appaltante e quindi da quotare nell'offerta economica.*
Qualora dovesse essere imputabile alla stazione appaltante, si chiede di poterlo inserire a costo zero.
R). Si conferma che il costo una tantum per l'interfacciamento delle apparecchiature al sistema aziendale non deve essere a carico delle stazioni appaltanti. Si allega alla presente nota di chiarimenti l'Allegato 23 CORRETTO con il foglio di lavoro "Riepilogo" modificato, da utilizzare in sede di presentazione



dell'offerta.

5) D) Al fine di procedere correttamente alla compilazione della Domanda di Partecipazione (Allegato 6), si chiede conferma che quanto presente nell'Oggetto "PROCEDURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 DA ESPLETARE MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLA VES PER UN PERIODO DI 60 (SESSANTA) MESI PER LE NECESSITA' DELL'ASST BERGAMO OVEST (CAPOFILA), DELL'ASST BERGAMOEST (MANDANTE), DELL'ASST CREMONA (MANDANTE), DELL'ASST FRANCIACORTA (MANDANTE) E DELL'ASST DELGARDA (MANDANTE)." sia da considerarsi un refuso e che l'Operatore Economico debba attenersi a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara (Allegato 2).

R). Si conferma che trattasi di refuso. Si allega alla presente comunicazione il modulo con l'intestazione corretta.

6) D) In relazione al documento "Relazione tecnica dettagliata" da produrre per la busta tecnica e richiesta a pag. 31 del Disciplinare di gara, si chiede a questo rispettabile Ente se "l'elencazione analitica dei reagenti e di eventuali consumabili necessari, indicazione del codice prodotto, n° confezioni proposte, test a confezione, indicazione della CND di appartenenza ed eventuale codice di repertorio, ecc.." possa essere prodotta in un documento a sé stante definito "Elenco prodotti e consumabili offerti" contenente le informazioni richieste.

R). Si conferma.

7) D) In relazione alla richiesta del test CK-MB si chiede a questo Spett.le Ente di indicare se esso debba essere previsto in chimica clinica (CKMB enzimatico) oppure in immunochimica (CK-MB massa).

R). Per ASST Bergamo Ovest: la determinazione del CK-MB deve essere prevista in Immunochimica (CK-MB massa).

Presso i laboratori dell'ASST Bergamo Est il test CKMB non è eseguito.

8) D) In merito a quanto riportato in Disciplinare a pag. 30 "l'operatore economico dovrà allegare i documenti contenenti la proposta tecnico-organizzativa che illustra gli elementi che saranno valutati sulla base dei criteri e sub-criteri indicati nella tabella di cui al successivo art. 17." si chiede a questo Spett.le Ente di confermare che l'indicazione sia riferita ai criteri indicati in art. 18.1 e non all'art.17.

R). Si conferma.

9) D) In merito a quanto riportato in Disciplinare a pag. 30 "Gli allegati inerenti eventuali "schede tecniche"/"schede report",dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nelle relazioni tecniche con un numero identificativo, al fine di garantire massima facilità di consultazione da parte della Commissione Giudicatrice.." si chiede a questo Spett.le Ente di indicare se i rimandi puntuali ai riferimenti siano richiesti sia relativamente ai requisiti minimi oppure esclusivamente in relazione ai requisiti di valutazione.

R). I Rimandi puntuali ai riferimenti sono richiesti sia relativamente ai requisiti minimi che in relazione ai requisiti di valutazione.

10) D) In merito a quanto riportato in CSA a pag. 4 "Tutte le strumentazioni oggetto di fornitura devono essere di uguale produzione,..." si chiede a questo Spett.le Ente di confermare che trattasi di refuso poiché non applicabile a Procedure complesse come quella in oggetto.

R). La dicitura: Tutte le strumentazioni oggetto di fornitura devono essere di uguale produzione,..." deve considerarsi un refuso, in quanto non estendibile a tutta la fornitura. Si precisa che, nei singoli laboratori, eventuali strumenti di back up offerti devono essere della stessa produzione degli strumenti principali. E' necessario che tutte le apparecchiature fornite rispondano ai requisiti richiesti.



11) D) In riferimento all'Allegato 17 e, in particolare, all'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva, il documento riporta "Manutenzione preventiva: esecuzione delle manutenzioni preventive nel numero previsto dal manuale di service dell'apparecchiatura (almeno una visita annuale) [...]" a pag.1 e "Numero di visite periodiche ordinarie effettuate per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature, al di fuori delle chiamate per malfunzionamento (minimo 2 visite annuali)" a pag.2. Si chiede quindi allo Spett.le Ente di confermare quanto indicato a pagina 1, ovvero che il numero di interventi sia quello prescritto dal manuale di service del produttore, garantendo così la conformità agli standard tecnologici e di sicurezza previsti dal costruttore stesso.

R). Si conferma.

12) D) In relazione alle attività di verifica e progettazione per i locali del Laboratorio Analisi di Seriate, si rende necessario acquisire le seguenti informazioni e specifiche tecniche:

- Marca/Modello degli apparecchi illuminanti del laboratorio;

- Marca/Modello o caratteristiche dei pannelli del controsoffitto del laboratorio.

R). in risposta al quesito si allega cartella zippata "Risposta a chiarimenti per BG EST".

13) D) Si chiede allo Spett.le Ente, per tutti i laboratori spoke, se è prevista attività H24. Diversamente, si chiede per i laboratori che non hanno un'attività H24 di indicare l'orario di lavoro del laboratorio.

R). Per ASST Bergamo Ovest: per il laboratorio spoke di Romano di Lombardia è prevista attività H24.

Per ASST Bergamo Est: l'attività H24 è prevista per i laboratori HUB di Seriate e di Piario. Nei laboratori spoke l'orario di servizio è il seguente:

Alzano Lombardo: lun-ven dalle h. 7.00 alle h 15.42 – Sabato e festivi reperibilità

Love: lun-ven dalle h 7.00 alle h 16.00 – Sabato dalle h 8.00 alle h. 14.00

Calcinato: non si eseguono prestazioni oggetto della gara.

14) D) Si chiede di confermare la possibilità di presentare le dichiarazioni di conformità CE redatte da Casa Madre in lingua inglese corredate da dichiarazione resa dalla ditta concorrente, in lingua italiana, ai sensi del D.P.R.445/2000, riportante che la strumentazione ed i reagenti offerti sono conformi alla normativa vigente

R). Si conferma.

15) D) Alla luce di quanto emerso durante i sopralluoghi, dai quali si è potuto evincere che attualmente tutta la strumentazione diagnostica in ogni presidio è servita dalla rete di continuità ospedaliera, si chiede a questo Spett.le Ente se la richiesta di fornire gruppi di continuità sia un refuso e di confermare quindi che sia possibile utilizzare la corrente di continuità ospedaliera così come avviene attualmente.

R). Per ASST Bergamo Ovest: si conferma che non è necessaria la fornitura di gruppi di continuità e si conferma che viene utilizzata la corrente di continuità ospedaliera per entrambi i presidi di Treviglio e di Romano di Lombardia.

Per ASST Bergamo Est: si conferma la non necessità del gruppo di continuità

16) D) In seguito ai sopralluoghi effettuati, si chiede allo Spett.le Ente di poter fornire le planimetrie delle stanze oggetto della presente procedura di gara.

R). Per ASST Bergamo Ovest: vedasi cartella zippata "Planimetrie ASST Bergamo Ovest"

Per ASST Bergamo Est: La documentazione è allegata nella cartella denominata: RISPOSTA A CHIARIMENTO N. 18 PER BG EST.

17) D) In riferimento all'allegato 23, fogli "tabella econ REAGENTI BG OVEST" e "tabella econ REAGENTI BG EST", al fine di evitare offerte con le quantità di confezioni di reagente sovrastimate, si chiede di confermare che il numero delle confezioni da indicare nelle singole colonne "Numero confezioni necessarie per esami annuali" / "Numero confezioni necessarie per controlli" / "Numero confezioni necessarie per calibrazioni e verifica delle stesse" possa essere espresso in quantità decimale, fermo restando che il totale delle confezioni per singolo parametro e Presidio Ospedaliero sarà



offerto in quantità unitaria arrotondata per eccesso. A tal proposito si chiede di confermare la possibilità di aggiungere una ulteriore colonna dove indicare la somma delle quantità delle suddette tre colonne.

R). Si conferma.

18) D) con riferimento al Laboratorio Analisi del presidio di Lovere, si richiede la trasmissione della seguente documentazione integrativa, necessaria al fine di completare le verifiche progettuali/strutturali:

1- Planimetria in formato editabile (.dwg) del piano inferiore a quella del laboratorio analisi;

2- Eventuale documentazione sul rinforzo del solaio di pavimento del laboratorio realizzato all'intradosso nella stanza sottostante.

Tale documentazione risulta indispensabile per una corretta valutazione dei carichi e della consistenza strutturale dei locali interessati.

R). La documentazione è allegata nella cartella denominata: RISPOSTA A CHIARIMENTO N. 18 PER BG EST.

19) D) In riferimento all'Allegato_14_-_Elenco_reagenti, in particolare alla richiesta di Cortisolo salivare per ASST BG Ovest, si chiede se il cortisolo su matrice urinaria o altra matrice possa essere ritenuto equivalente a quello su matrice salivare.

R). Si conferma la possibilità di offrire il test su tutte le matrici.

La presente comunicazione è da intendersi quale parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e, pertanto, va restituita firmata e timbrata, inserendola tra la documentazione di gara.

Distinti saluti.



S.C. GESTIONE ACQUISTI
PROVVEDITORATO ECONOMATO
IL DIRETTORE
(Dott.ssa Elisabetta Mombrini)

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Elisabetta Mombrini (tel.: 0363/424.005; mail: ufficiogare@asst-bgovest.it).
Funzionario referente: Sig.ra Marcella Mascolo (tel.: 0363/424.005; mail: ufficiogare@asst-bgovest.it).